



Prefeitura Municipal de Vitória

02/06/2023

Hora: 09:45

0752/2021 - AF

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

Informações

Número:	0752/2021 - AF	Contrato:	104/2021
ARP:		Processo:	4275911/2020
Fornecedor:	00.660.664/0001-87 - H M LINCK		
Secretaria:	SEMUS - Secretaria de Saúde		
Situação:	Recebimento Total	Tipo:	Autorização de Fornecimento

Informações de Data

Data de Emissão:	17/06/2021	Data de Publicação:	17/06/2021
Data de Entrega:	07/10/2021	Data de Aquisição:	07/10/2021

Outras Informações

Disposição:	Não Informado
--------------------	---------------

Itens

Item:	1		
Descrição:	<p>EQUIPAMENTO VERTICAL, de formato externo e interno retangular, desenvolvido para armazenamento e conservação de VACINAS. Capacidade para armazenamento de no mínimo 120 litros (úteis).</p> <ul style="list-style-type: none">•Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital programável na faixa de temperatura de +2°C a +8°C;•Câmara interna em aço inox e externa em chapa de aço tratada e pintada com tinta porcelanizada na cor branca, com 02 gavetas deslizantes, fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico;•Possuir portas internas individuais de acrílico em cada prateleira;•Possuir 01 (uma) porta em vidro especial com sistema antiembaçante permitindo visualização da câmara interna e isolamento térmico em poliuretano em todas as paredes;•Espessura de no mínimo 05 cm (cinco centímetros) nas paredes em poliuretano injetado, sistema de refrigeração livre de clorofluorcarbono (CFC);•Refrigeração com circulação de ar forçado no sentido vertical impulsionado por ventilador axial, passando o ar contínuo e suavemente pelo elemento resfriador, proporcionando perfeita homogeneidade de temperatura dentro da câmara, sem provocar vibrações dentro da câmara;•Deve possuir display em LCD com fundo iluminado para visualização da hora, temperatura de momento, temperatura máxima e temperatura mínima no mesmo display;•Deve ser equipada com no mínimo quatro sensores de temperatura, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, um terceiro instalado na região inferior da câmara e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente;•Deve possuir indicador digital decimal de temperatura; deve possuir termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que devem ser memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual;•Deve possuir conjunto de segurança analógico que mantenha automaticamente a temperatura interna entre o mínimo de +2,5°C até o máximo de +7,5°C na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado; indicações visuais, individuais, para refrigeração, termostato de segurança (temperaturas alta e baixa) e alarme inibido;•Sistema que evita acúmulo de gelo sem a necessidade de desligamento para limpeza;•Deve possuir iluminação de leds interna acionada automaticamente na abertura da porta;•Deve possuir temperatura de operação: +4°C memorizada;•Equipado com rodízios especiais com freio;•Deve possuir chave mecânica de travamento na porta para controle de acesso;•Deve possuir entrada USB com memória flash para gravação do seu funcionamento em tempo real e contínuo, com tecnologia que permita a instalação futura do monitoramento via rede, assim como o armazenamento de pelo menos 05 (cinco) números de telefones e possibilitar a discagem telefônica;•Comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel;•Sistema de emergência na falta de energia com autonomia mínima de 36 (trinta e seis) horas por baterias recarregáveis integradas ao corpo do produto sendo do mesmo fabricante;•Utilização de gás ecológico com ausência de clorofluorcarbono (CFC);•Instalação, transporte e seguro inclusos;•Garantia de 12 (doze) meses após a instalação dos equipamentos, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio;•Sistema silenciador de alarme sonoro;•Alarme sonoro áudio visual de falta de energia com bateria recarregável, em tempo real;•Chave geral de energia – liga desliga;•Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, equipamento disponível em 110v, 50/60 Hz, e com manual do proprietário em Português.		
Lote:	1 - EQUIPAMENTO		
Qtd. Cadastrada:	2,00	Uni. Medida:	
Valor Unitário (R\$):	R\$10.500,00	Qtd. a Receber:	0,00
Contratado (R\$):	R\$21.000,00	Qtd Recebida:	2,00



Prefeitura Municipal de Vitória

02/06/2023

Hora: 09:45

0752/2021 - AF

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

Anexos

Data	Nome	Descrição
n2	AF 752-2021.pdf	AF 752-2021